

# HYTORC<sup>®</sup> Seis GmbH

## Druck Prüfzeugnis

Kunde: \_\_\_\_\_

Hydraulikaggregat: \_\_\_\_\_

Serien Nr.: \_\_\_\_\_

Prüfmittelnummer Nr. \_\_\_\_\_

Kalibrierungsdatum: \_\_\_\_\_

nächstes Kalibrierungsdatum: \_\_\_\_\_

Das Manometer des oben aufgeführten  
Hydraulikaggregates wurde an unserem  
Dokumentationskoffer  
SYSTEM TDS 2000 Serien Nr. 1599007 überprüft.

**Kalibriert 06/2001**

**Nächste Kalibrierung 06/2002**

Referenzwert: Geeichtes Kolbenmanometer  
PD 1000 Nr. 108

Unterschrift: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

HYTORC Seis GmbH  
Gallscheider Str. 9 A  
56281 Dörth  
Tel: 06747 / 59710  
Fax: 06747 / 597129

## HYTORC<sup>®</sup>

### MANOMETER-PRÜFUNG:

Aggregatetyp: AP 12  
Seriennummer: 1592241

Anzeigebereich: 0-800 bar  
Güteklasse: 1 %FS  
entspricht: 8 bar

Referenz: Dokumenta-  
tionssystem Nr: 1599007  
Güteklasse Ref.: 0.25%FS

Anzeige [bar]		Fehler	i0/
Soll	Ist	[bar]	ni0
-2	0	2	i0
100	102	2	i0
200	201	1	i0
300	301	1	i0
400	403	3	i0
500	504	4	i0
600	604	4	i0
700	700	0	i0

Unterschrift  
Datum: 14.02.2002

-Ende der Dokumentation-